

**COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 70/2024**

Comunicamos a todos os licitantes participantes do Pregão Eletrônico n° 70/2024, que tem por objeto **Aquisição de materiais e equipamentos para atender as necessidades das unidades da secretaria municipal de saúde** que, no edital n° 135/2024, constou por equívoco erro no descritivo dos itens 57 e 173.

Desta forma, cumpre informar que serão readequados passando a constar da forma que segue:

Item 57:

Onde se lê:

<u>ITEM</u>	<u>QT</u>	<u>UN</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
57	1	UN	CARDIOMAX MARCAPASSO E DEA - CARDIOMAX + MARCAPASSO 1 DEA-COMPACTO, COM FÁCIL ACESSO A TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO E LEVE. PERMITINDO AO USUÁRIO CONFORTO E AGILIDADE EM SEU MANUSEIO. -ALÇA ROBUSTA E CONFORTÁVEL QUE FACILITA SEU TRANSPORTE E COM GRANDE ERGONOMIA. • UM DOS MAIS RÁPIDOS DO MERCADO. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. • DESENHO SEM CANTOS VIVOS. IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. • ALIMENTAÇÃO: 100 A 220 VAC. 50/60 HZ E 11 A 16 VDC. • ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 J. • TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO. • AUTO DIAGNÓSTICO PROGRAMÁVEL • BATERIA MODULAR RECARREGÁVEL (4 AH), DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO. SEM A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER TIPOS DE FERRAMENTAS. COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 250 CHOQUES FM CARGA MÁXIMA (360 J). CONFIGURAÇÃO: CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D. RESPIRAÇÃO. FUNÇÕES ASC, PMS, MARCAPASSO E BATERIA DE LI-ION 4H POSSIBILIDADE DE UPGRADE: IMPRESSORA E DEA

Leia-se:

<u>ITEM</u>	<u>QT</u>	<u>UN</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
57	1	UN	CARDIOVERSOR DE ONDA BIFÁSICA, COM BATERIA RECARREGAVEL DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. COM AUTONOMIA DI NO MÍNIMO 200 CHOQUES F.M CARGA MÁXIMA (360J). BIVOL.T AUTOMÁTICO. PARA USO EM TRANSPORTE OU EM LOCAIS FIXOS. COM AS FUNÇÕES DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) COM A SÉRIE DE CHOQUES PODENDO SER CONFIGURADA PELO USUÁRIO. MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO, CARDIOVERSOR. DESFIBRILADOR E MONITOR COM OS PARÂMETROS ECG. SP02 E PNI. EQUIPADO COM TELA LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 8", PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO E INFANTIL ALÉM DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA REGISTRO DE EVENTOS E TESTES FUNCIONAIS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CONJUNTO DE PÁS ADULTO E INFANTIL. CABO ECG. SENSOR DE SPC)2. TUBO PARA PNI COM MANGUITO E BRAÇADEIRA. CABO PARA ELETRODO DEA/MARCAPASSO, ELETRODO ADULTO DEA/MARCAPASSO. CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT ALÉM DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E RÊGISTRO NA ANVISA





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

UBATUBA



Item 173:

Onde se lê:

<u>ITEM</u>	<u>QT</u>	<u>UN</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
173	4	UN	TELEVISOR 32 - TELEVISOR 32" TAMANHO DA TELA: 32". RESOLUÇÃO: HD TIPO DE TELA: LED SISTEMA OPERACIONAL: WEBOS TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ INTEGRAÇÃO COM ASSISTENTE DE VOZ CONTROLE REMOTO GARANTIA 12 MESES

Leia-se:

<u>ITEM</u>	<u>QT</u>	<u>UN</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
173	4	UN	TELEVISOR 32 - TELEVISOR 32" TAMANHO DA TELA: 32" RESOLUÇÃO: FULL HD TIPO DE TELA: LED SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV. TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ INTEGRAÇÃO COM ASSISTENTE DE VOZ CONTROLE REMOTO GARANTIA 12 MESES

Fica, portanto, alterada a data da sessão para 18/11/2024, às 09 horas. O comunicado e o edital atualizado encontram-se disponíveis nos sites www.bll.org.br e <https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home>

Ubatuba, 01 de novembro de 2024.

Luiz Alberto Macedo Fagundes
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

